



防爆合格证

证号: GYB17.1954X

由 沈阳振科仪表有限公司

制造的产品:

(地址: 沈阳市浑南新区新隆街7号206室)

名称 振动温度变送器

型号规格 VT9212a-b-c 3 d-e f-g-h

防爆标志 Ex d II C T6 Gb

产品标准 Q/SZK.08-2017

图样编号 9212T-00

经图样及技术文件的审查和样品检验, 确认上述产品符合 GB 3836.1-2010、GB 3836.2-2010 标准, 特颁发此证。

本证书有效期: 2017年11月17日至2022年11月16日

- 备注
1. 安全使用注意事项见使用说明书。
 2. 证书编号后缀“X”表明产品具有安全使用特殊条件: 涉及产品隔爆接合面的维修须联系产品制造厂商; 产品使用环境温度-20℃~+60℃。
 3. 型号规格说明: a代表通讯协议, 可为H或T; b代表测量范围; c代表安装螺栓, 可为0~9或X; d代表接线方式, 可为0~2; e代表高通滤波器; f代表低通滤波器; g代表探杆长度, 可为0~500; h代表壳体材质, 可为空白或1。
 4. 产品外壳防护等级IP66。

站长



国家级仪器仪表防爆安全监督检验站

颁发日期二〇一七年十一月十七日

本证书仅对与认可文件和样品一致的产品有效。

地址: 上海市漕宝路103号
邮编: 200233

网址: www.nepsi.org.cn
Email: info@nepsi.org.cn

电话: +86 21 64368180
传真: +86 21 64844580