



# 防爆合格证

证号：GYB18.1083X

由 沈阳振科仪表有限公司

制造的产品：

(地址：沈阳市浑南新区新隆街7号206室)

名 称 带接点输出的振动变送器

型号规格 VT9211S-a-b-c-d3e-fg-h

防爆标志 Ex d II C T6 Gb

产品标准 Q/SZK.07-2017

图样编号 9211-00

经图样及技术文件的审查和样品检验，确认上述产品符合 GB 3836.1-2010、GB 3836.2-2010 标准，特颁发此证。

本证书有效期：2018年1月19日至2023年1月18日

- 备注
1. 安全使用注意事项见使用说明书。
  2. 证书编号后缀“X”表明产品具有安全使用特殊条件：涉及产品隔爆接合面的维修须联系产品制造厂商；产品使用环境温度-20℃~+60℃。
  3. 型号规格说明：a代表测量范围；b代表继电器类型；c代表接点动作值大小；d代表安装螺栓，可为0~8或X；e代表接线方式，可为1~4；f代表高通滤波器；g代表低通滤波器；h代表壳体材质，可为空白或1。
  4. 产品外壳防护等级IP66。

站长

国家级仪器仪表防爆安全监督检验站

颁发日期二〇一八年一月十九日

本证书仅对与认可文件和样品一致的产品有效。

地址：上海市漕宝路103号

邮编：200233

网址：www.nepsi.org.cn

Email: info@nepsi.org.cn

电话：+86 21 64368180

传真：+86 21 64844580